

APOSTILA Nº 01 AO CONTRATO Nº 025/2024-MP/PA

O EXMO. SR. DR. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, RESOLVE:

EXPEDIR a presente apostila ao **Contrato nº 025/2024-MP/PA**, decorrente da licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 036/2023-MP/PA**, cujo **objeto** consiste na **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS**, para atender a demanda do Ministério Público do Estado do Pará, firmado entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ** e a Empresa **SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 10.567.214/0001-06)**, para registrar:

I – Retificação de marca/modelo constante da Cláusula Primeira, 1.2, item 1, do objeto da contratação, do contrato supramencionado, conforme a seguir:

Onde se lê:

CADEIRA ODONTOLÓGICA ELÉTRICA E AUTOMÁTICA FORMATO ANATÔMICO, COM LINHAS ARREDONDADAS, ENCOSTO CURVO ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPAS EM ABS INJETADO E PROTEÇÃO ANTI-UV BASE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE, SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO BOTÃO LIGA-DESLIGA (ON/OFF) NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA SISTEMA DE ELEVAÇÃO PANTOGRÁFICO EM CHAPA DE AÇO E COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200KG CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA À BASE DA CADEIRA PEDAL DE COMANDO DE PÉS ACOPLADO TIPO JOYSTICK, COM 5 TECLAS, COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO, POSIÇÃO DE CUSPIR, POSIÇÃO VOLTA A ZERO, DESCE ASSENTO/SOBE ASSENTO/DESCE ENCOSTO/SOBE ENCOSTO, ACIONAMENTO DO REFLETOR E TECLA DE EMERGÊNCIA/BLOQUEIO DOS MOVIMENTOS. ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO ACIONADO POR “MANÍPULO” OU “ALAVANCA” E COM REGULAGEM DE ALTURA VERTICAL ESTOFAMENTO EM LAMINADO PVC ESTOFAMENTO DO ENCOSTO DE TÓRAX: REMOVÍVEL (DO TIPO PUXAR/ ENCAIXAR, SEM PARAFUSOS) OU FIXO (POR MEIO DE PARAFUSOS); BRAÇOS DE APOIO PARA O PACIENTE: 1 FIXO E 1 REBATÍVEL LATERAL VOLTAGEM: BIVOLT (127-220V) UNIDADE DE ÁGUA ESTRUTURA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO E PINTURA LISA DE ALTO BRILHO UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEIS EM 90° COM 2 (DOIS) SUGADORES, SENDO 1 (UM) DE ALTA POTÊNCIA COM 1 (UMA) SERINGA TRÍPLICE COM 1 (UM) PORTACOPO CUBA EM CERÂMICA, PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE NO MÍNIMO 1000ML COM SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA MANGUEIRAS LISAS E COM ENGATE RÁPIDO REFLETOR MONOFOCAL, COM SISTEMA ÓPTICO COM 1 LÂMPADA DE LED BRAÇO ARTICULÁVEL COM MOVIMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE PUXADORES BILATERAIS CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE E GIRO DE 620° COM HASTE INTERRUPTORA LIGA/DESLIGA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA BRAÇO COM PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPÓXI COR PADRÃO INTENSIDADE DE LUZ ENTRE 8.000 A 35.000 LUX EQUIPO TIPO CART TIPO CART PRODUZIDO EM ABS INJETADO MÍNIMO DE 2 (DOIS) TERMINAIS COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO MÍNIMO DE 1 (UM) TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO SUPORTE DE PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL TAMPO EM AÇO INOX REMOVÍVEL BASE COM 4 RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA PUXADORES BILATERAIS CORES CARENAGEM: BRANCO ESTOFAMENTO: VINHO OUTROS GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES REGISTRO NA ANVISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DA CIDADE DE BELÉM (PA) INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PELA CONTRATADA SEM ÔNUS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. “PRODUTO FABRICADO CONFORME REGULAMENTOS DA PORTARIA INMETRO N.º 54 DE 01/02/2016 E PORTARIAS COMPLEMENTARES E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA ANVISA, N. 04 DE 24/09/2015 E N.22 DE 20.10.2017. EQUIPAMENTO TESTADO PELA OCP NORISK NAS NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR IEC 60601- 1:2010 + EM1:2016 (EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE1), ABNT NBR IEC 60601-1- 2:2017 (EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 1-2),

ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 SOMENTE OS ITENS 4.1, 4.5.2 E 4.5.3 (EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO PARTE 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (ODONTOLOGIA - CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA PACIENTE), ISO 7494-1:2011 (ODONTOLOGIA - UNIDADES ODONTOLÓGICAS - PARTE 1), ISO 7494-2:2015 (ODONTOLOGIA — UNIDADES ODONTOLÓGICAS ESTACIONÁRIAS — PARTE 2: SISTEMAS DE AR, ÁGUA, SUÇÃO E ÁGUAS RESIDUAIS) E ISO 9680:2014 (ODONTOLOGIA — LUZES DE OPERAÇÃO). AINDA FABRICADO CONFORME REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS, SISTEMA DE GESTÃO ISO 9.001/2015 E ISO 13.485/2016 E DIRETIVA 93/42 / CEE, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA DIRETIVA 2007/47 / CEE E 98/79 / CE (ATRAVÉS DO CERTIFICADO CE EMITIDO PELA MDI EUROPA)”. MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART (AMBIDESTRO) + ACESSÓRIOS E OPCIONAIS INCLUSOS PARA ATENDIMENTO NA ÍNTEGRA DA ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL, CONFORME SEGUE CAIXA DE COMANDO ÚNICA COM TUBULAÇÃO EMBUTIDA (CADEIRA) ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO/ MULTIARTICULADO (CADEIRA) TERMINAL EXTRA BORDEM SPRAY (ALTA E BAIXA ROTAÇÃO) (EQUIPO) UNIDADE (SUGADOR) COMPATÍVEL COM BOMBA DE VÁCUO (UNIDADE AUXILIAR) SERINGA TRÍPLICE INCORPORADA (UNIDADE AUXILIAR) REBATIMENTO COM GIRO DE ATÉ 180° (UNIDADE AUXILIAR) PORTA COPO INCORPORADO (UNIDADE AUXILIAR) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO “CE” CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO “ABO RECOMENDA.

Leia-se:

CADEIRA ODONTOLÓGICA ELÉTRICA E AUTOMÁTICA; FORMATO ANATÔMICO, COM LINHAS ARREDONDADAS, ENCOSTO CURVO ; ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPAS EM ABS INJETADO E PROTEÇÃO ANTI-UV ; BASE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE, SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO PISO; BOTÃO LIGA-DESLIGA (ON/OFF) NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA ; SISTEMA DE ELEVAÇÃO PANTOGRÁFICO EM CHAPA DE AÇO E COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200KG; CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA À BASE DA CADEIRA ; PEDAL DE COMANDO DE PÉS ACOPLADO TIPO JOYSTICK, COM 5 TECLAS, COM TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO, POSIÇÃO DE CUSPIR, POSIÇÃO VOLTA A ZERO, DESCE ASSENTO/SOBE ASSENTO/ DESCE ENCOSTO/SOBE ENCOSTO, ACIONAMENTO DO REFLETOR E TECLA DE EMERGÊNCIA/BLOQUEIO DOS MOVIMENTOS. ; ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO ACIONADO POR MANÍPULO OU ALAVANCA E COM REGULAGEM DE ALTURA VERTICAL ; ESTOFAMENTO EM LAMINADO PVC ESTOFAMENTO DO ENCOSTO DE TÓRAX: REMOVÍVEL (DO TIPO PUXAR/ ENCAIXAR, SEM PARAFUSOS) OU FIXO (POR MEIO DE PARAFUSOS); ; BRAÇOS DE APOIO PARA O PACIENTE: 1 FIXO E 1 REBATÍVEL LATERAL ; VOLTAGEM: BIVOLT (127-220V) UNIDADE DE ÁGUA ESTRUTURA EM AÇO COM CORPO EM ABS INJETADO E PINTURA LISA DE ALTO BRILHO; UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEIS EM 90°; COM 2 (DOIS) SUGADORES, SENDO 1 (UM) DE ALTA POTÊNCIA ; COM 1 (UMA) SERINGA TRÍPLICE ; COM 1 (UM) PORTA-COPO CUBA EM CERÂMICA, PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ; RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE NO MÍNIMO 1000ML ; COM SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA ; MANGUEIRAS LISAS E COM ENGATE RÁPIDO REFLETOR MONOFOCAL, COM SISTEMA ÓPTICO COM 1 LÂMPADA DE LED; BRAÇO ARTICULÁVEL COM MOVIMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL; ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING ; PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE PUXADORES BILATERAIS ; CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE E GIRO DE 620° COM HASTE INTERRUPTORA LIGA/DESLIGA ; COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA ; BRAÇO COM PINTURA LISA DE ALTO BRILHO A BASE DE EPÓXI; COR PADRÃO; INTENSIDADE DE LUZ ENTRE 8.000 A 35.000 LUX

EQUIPO TIPO CART TIPO CARTPRODUCIDO EM ABS INJETADO; MÍNIMO DE 2 (DOIS) TERMINAIS COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO ; MÍNIMO DE 1 (UM) TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO; UMA SERINGA TRÍPLICE COM BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO; SUPORTE DE PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL ; TAMPO EM AÇO INOX REMOVÍVEL ; BASE COM 4 RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA; PUXADORES BILATERAIS CORES CARENAGEM: BRANCO; ESTOFAMENTO: VINHO OUTROS GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES; REGISTRO NA ANVISA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO METROPOLITANA DA CIDADE DE BELÉM (PA); INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PELA CONTRATADA SEM ÔNUS PARA O MINISTÉRIO; PÚBLICO. MARCA: ALLIAGE/SAEVO MODELO/VERSÃO: ALLIAGE/SAEVO S201 C.

Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.

Belém-PA, 11 de março de 2024.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Contratante